

# CENTRO DI TARATURA N. 065/R



centroditaratura.it

## RAPPORTO DI TARATURA

### Rapporto di taratura n.

**- Data di emissione**

*Date of issue*

Centro di Taratura Secondario per le radiazioni ionizzanti  
Comecer s.p.a. N. 065/R

**- Destinatario**

*Addressee*

Emissione di certificati SIT

Con fasci di riferimento ISO di radiazioni X e Gamma

**- Richiesta**

*Application*

Taratura di complessi di misura e irraggiamento di Dosimetri passivi alle seguenti grandezze:

kerma in aria, Rateo di kerma in aria, Esposizione, Rateo di Esposizione, Equivalente di Dose Ambientale, Equivalente di Dose personale (con fantocci ISO), Rateo di Equivalente di Dose Ambientale e Rateo di Equivalente di Dose personale (con fantocci ISO).

**- In data**

*Date*

**- Si riferisce a**

*Referring to*

Emissione di certificati COMECER

**- Oggetto**

*Item*

Taratura di Multimetri per controlli di qualità per le grandezze kV e Tempo con apparecchio per radiologia convenzionale con anodo del tubo rx in Tungsteno nel range 35 ÷ 320 kV  
Taratura di Kilovoltmetri con apparecchio per mammografia con anodo del tubo rx in Molibdeno e filtrazione di 0.025 mm di Mo o di 0.5 mm Al nel range 25 ÷ 45 kV

**- Costruttore**

*Manufacturer*

Taratura di Contaminometri

**- Modello**

*Model*

Taratura di Mani Piedi e Vesti

**- Matricola**

*Serial number*

**- Data delle misure**

*Date of measurements*

Taratura di Calibratori di Dose per Medicina Nucleare e PET

**- Registro di laboratorio**

*Laboratory reference*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore  $k$  vale 2.

**Il Responsabile del Centro**  
**Head of the Centre**

COMECER s.p.a.

Via Emilia Ponente n. 390 - 48014 - Castel Bolognese (RA) - Italy - Tel. (+39) 0546-656375 - Fax (+39) 0546-656353

<http://www.comecer.com> - e-mail: [comecer@comecer.com](mailto:comecer@comecer.com)

CAP. SOC. Euro 1.000000,00 i.v. - R.E.A. C.C.I.A.A. RA 81437 - REG. IMPRESE RA: 00183680396 - C.F. e P. IVA 00183680396  
Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e ISO 13485